

# RAPPORTO DI TARATURA

## Calibration report

emesso da - issued by



Senseca Italy Srl 35030 Caselle di Selvazzano (PD)

Via Marconi 5 - ITALY Tel. 0039-0498977150

e-mail: info@senseca.com

Web Site: www.senseca.com

Rapporto N° - Report No. -

emesso in data - date of issue -

- Destinatario -

Address

- Richiesta -

Application

- In data -

Date

### Si riferisce a

*Referring to*

- Oggetto Radiometro

Item

- Costruttore Senseca + Senseca

Manufacturer

- Modello HD 2302.0 + LP 471 RAD

Model

- Matricola -

Serial number

- Registro di laboratorio -

Laboratory reference

- Data delle misure -

Date of measurements

- Grandezza Irradiazione 580 nm

Quantity Irradiance 580 nm

La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di prima linea N°

*Traceability is through first line standards No.*

Hamamtsu S1337-1010BQ , Delta

Ohm F5mm s/n 6000863 , 06025800

Muniti di certificati validi di taratura rispettivamente N°

*Validated by certificates of calibration No.*

LAT 124 22000232 , LAT CT-AL-

0138-2020

Le misure sono state ottenute applicando le procedure N°

*The measurement were obtained following procedures No .*

DHLF-E-59, DHLF-E-60

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse a un livello di confidenza di circa 95%.

*The measurement uncertainties stated in this document are estimated at a confidence level of about 95%*

Il Responsabile del Laboratorio

*Head of Laboratory*

# RAPPORTO DI TARATURA

## Calibration report

emesso da - issued by



Senseca Italy Srl 35030 Caselle di Selvazzano (PD)  
Via Marconi 5 - ITALY Tel. 0039-0498977150  
e-mail: info@senseca.com  
Web Site: www.senseca.com

Rapporto N°- *Report No.* -  
emesso in data - *date of issue* -

- Oggetto *Item* Radiometro  
- Costruttore *Manufacturer* Senseca + Senseca  
- Modello *Model* HD 2302.0 + LP 471 RAD  
- Matricola *Serial* -  
- Canale N° *Input No.*  
- Grandezza *Quantity* Irradiamento 580 nm  
*Irradiance 580 nm*

Valore di riferimento <i>Reference Value</i> [W/m <sup>2</sup> ]	Valore misurato <i>Measured Value</i> [W/m <sup>2</sup> ]	Fattore di Taratura <i>Calibration Factor</i>	Incertezza di Misura <i>Measuring Uncertainty</i> [%]
0	0	-	-
6,186	6,162	1,00	6
12,76	12,82	1,00	6
26,13	26,03	1,00	6

N.B. All'incertezza di taratura si deve sommare un digit per lo strumento indicatore.

*N.B. To the uncertainty of calibration, 1 digit must be added for indicating instrument*

Condizioni ambientali - *Environmental condition* :

Temperatura - *Temperature*

23 °C ± 2 °C

Umidita' relativa - *Relative humidity*

50 %R.H. ± 10 %R.H.

Descrizione della taratura - *Calibration description*

La taratura è eseguita per confronto con il radiometro campione di prima linea

*Calibration is carried out by comparing with the reference standard radiometer*

Lo sperimentatore  
*Operator*